



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.30.004.А № 60524

Срок действия до 25 августа 2025 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Датчики давления емкостные APZ, ALZ, AMZ, ASZ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО "Пьезус", г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **62291-15**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 62291-15

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **5 лет; 3 года - для датчиков с пределами допускаемой основной погрешности $\pm 0,075$ %; 4 года - для датчиков с пределами допускаемой основной погрешности $\pm 0,075$ % при условии корректировки нулевого значения раз в 6 месяцев**

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **25 августа 2020 г. № 1428**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С.Голубев

"28" 08 2020 г.

Серия СИ

№ 045655